

上海华润大东船务工程有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海华润大东船务工程有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区侯家镇大东路1号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	周围剂量当量率
	检测结果	电离辐射因素，合格的检测点位 <u>24</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>1</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	张靖、胡基业
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：张靖、胡基业 采样：张澄、罗嘉铭
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：顾双庆 陪同人员：顾双庆
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.7.19 采样时间：2024.7.24 检测时间：2024.7.24

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



